MicroDock II

儀器自動管理平台

針對攜帶式氣體偵測器，執行快速、經濟、高效的自動功能測試和校正

透過MicroDock II自動測試和校正系統，是管理BW系列攜帶式氣體偵測器校正及衝擊測試最經濟高效的方法。MicroDock II攜帶方便、易於擴充、無需電腦即可同時管理多達10個模組。MicroDock II可將費用降至最低，並獲得最大的生產率。

性能優勢

- 自動保持準確的記錄- 一致快速而簡單
- 自動衝擊測試、校正、記錄和充電
- 附有交流插座的基站可支援多達10個模組，以滿足您的使用

儀器規格及配置

尺寸	8.3 x 10.4 x 3.2 英寸 / 21.2 x 26.3 x 8.2 釐米 (基站和一個對接模組)
電源	6V牆插式連接器或四個碳極電池
即時時鐘	為“最近校正”和“最近衝擊測試”資料提供 時間和日期標記
資料儲存	自動(儀器和基站) 多媒體卡資料儲存系統
通訊方式	對接模組和偵測器之間的紅外線通訊
外部介面	用於 PC 的 USB 2.0 接口(USB 2.0 全速)
幫浦	直流電機，隔膜幫浦；6V PCB 裝配， 流速 300毫升/分鐘(通常情況)
螺線管	內建(對接模組)
校正氣體連接	1/8 英寸 SMC 連接微型接頭，2個氣體進氣口 (標準)，5個氣體進氣口(最大值)
偵測器設定	儀器和Sensor的自動識別 使用者可調整 Fleet Manager 軟體
命令鍵	基站 – 選單導航 對接模組 一鍵式衝擊測試啟動 一鍵式校正啟動 一鍵式資料傳輸 (具體產品)
LED 指示燈	黃色為“TEST(測試)”字樣，綠色為“PASS(通過)”字樣，紅色為“FAIL(失敗)”字樣

等級	本設備符合 FCC 第 15 部分規定以及ICES-003 加拿大電磁干擾防護要求。本設備操作需符合以下兩個條件：(1) 本設備不能導致有害干擾，並且(2) 本設備必須能抵抗所收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。
認證和許可	c US 普通位置批准 IEC 61010 C22.2 No. 61010 CE: European Conformity
保固	保固2年

相容的檢測儀
• GasAlertMax XT II 內建式幫浦多種氣體偵測器
• GasAlertMicroClip 一鍵式複合氣體偵測器
• GasAlertMicro 複合氣體偵測器
• GasAlertMicro 5 系列五合一多種氣體偵測器
• GasAlertClip Extreme 單一氣體偵測器 (2和3年免維護型)
• GasAlert Extreme 單一氣體偵測器

可選配件

MicroDock II 有五個模組，選擇任何模組組合，其中最多為十個對接模組，包含六個充電模組。